

Rischi residui di materiali CAD/CAM a base di polimeri (ad es. VITA CAD-Temp e CAD-Temp IS)

Possibili complicanze e rischi residui di materiali CAD/CAM a base di polimeri in generale e non specifici per materiali VITA sono:

- Scheggiature e distacco del restauro con la conseguenza di eventuale ingestione
- Ipersensibilità postoperatoria
- Accumulo di placca
- Infiammazione delle mucose
- Gengiviti
- Intolleranze e/o potenziali allergie
- Carie in corrispondenza delle fessure marginali
- Rotture

Questi rischi vanno comunicati al paziente da personale specializzato (ad es. il personale odontoiatrico).

002/11.2021