

Riesgos residuales de los dientes de resina (p. ej., VITA LINGOFORM, VITAPAN y VITA PHYSIODENS, VITA MFT y VITA VIONIC VIGO)

Posibles complicaciones y riesgos residuales de los dientes de resina en general y no específicos de los materiales VITA:

- Aflojamiento del diente en la prótesis y/o pérdida de la prótesis, con la posible consecuencia de ingestión
- Irritaciones de las mucosas
- Intolerancias y/o potencial alergénico
- Rotura

El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.