

**Rischi residui di denti protesici (as es. VITA LINGOFORM, VITAPAN e VITA PHYSIODENS, VITA MFT e VITA VIONIC VIGO)**

*Possibili complicanze e rischi residui di denti protesici in generale e non specifici per materiali VITA sono:*

- Mobilizzazione del dente nella protesi e/o perdita della protesi con rischio di eventuale ingestione
- Infiammazione delle mucose
- Intolleranze e/o potenziali allergie
- Rotture

*Questi rischi vanno comunicati al paziente da personale specializzato (ad es. il personale odontoiatrico).*