

Risques résiduels des matériaux CFAO à base de polymères (comme VITA CAD-Temp et CAD-Temp IS)

Complications et risques résiduels potentiels des matériaux CFAO à base de polymères, généraux et non spécifiques aux matériaux VITA

- Écailllements ou perte de la restauration avec ingestion éventuelle
- Hypersensibilité postopératoire
- Accumulation de plaque
- Irritation des muqueuses
- Gingivite
- Intolérances et/ou potentiel allergène
- Caries au niveau du joint
- Fracture

Ces risques doivent être communiqués au patient par le personnel spécialisé (personnel médical dentaire par exemple).

002/11.2021