

Остаточные риски, связанные с использованием CAD/CAM-материалов на основе полимеров (например, VITA CAD-Temp и CAD-Temp IS)

Возможные осложнения и остаточные риски, связанные с использованием CAD/CAM-материалов на полимерной основе в целом, а не конкретно материалов VITA:

- Сколы или выпадение реставрации с риском случайного проглатывания
- послеоперационная гиперчувствительность
- Налет
- Раздражение слизистой оболочки
- Гингивит
- Непереносимость и/или аллергенный потенциал
- Кариес в области края
- Разлом

Эти риски должны быть доведены до сведения пациента персоналом стоматологического профиля (например, врачом-стоматологом).

002/11.2021