

002/11.2021 Riesgos residuales de accesorios de fijación dentales, en particular de geles inhibidores (p. ej., VITA ADIVA OXY-PREVENT)

Posibles complicaciones y riesgos residuales de los geles inhibidores en general y no específicos de los materiales VITA:

- Intolerancias y/o potencial alergénico

El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.

002/11.2021