

Restrisiken von Presskeramiken (wie z.B. VITA AMBRIA)

Mögliche Komplikationen und Restrisiken für Presskeramiken generell und nicht spezifisch für VITA Materialien sind:

- Ablösen der Restauration mit der Folge des eventuellen Verschluckens
- Randspaltenkaries
- Risse in der Restauration
- postoperative Hypersensitivität
- Plaqueablagerungen
- Schleimhautreizungen
- Gingivitis und Gingivareizungen
- Unverträglichkeit und Allergiepotezial
- Bruch

Diese Risiken sind dem Patienten durch das Fachpersonal (z.B. zahnmedizinisches Personal) zu kommunizieren.

002/11.2021