

## **Restrisiken von keramischen CAD/CAM Materialien (wie z.B. VITABLOCS)**

*Mögliche Komplikationen und Restrisiken für keramische CAD/CAM Materialien generell und nicht spezifisch für VITA Materialien sind:*

- Abplatzungen bzw. Ablösen der Restauration mit der Folge des eventuellen Verschluckens
- Plaqueanlagerungen
- postoperative Hypersensitivität
- Schleimhautreizungen
- Randspaltenkaries
- Unverträglichkeiten und/oder Allergiepotenzial
- Bruch

*Diese Risiken sind dem Patienten durch das Fachpersonal (z.B. zahnmedizinisches Personal) zu kommunizieren.*

002/11.2021