

Risques résiduels des matériaux CFAO à base de céramique (comme par exemple VITABLOCS)

Complications et risques résiduels potentiels des matériaux CFAO à base de céramique, généraux et non spécifiques aux matériaux VITA

- Éclatements ou décollement de la restauration avec ingestion éventuelle
- Accumulations de plaque
- Hypersensibilité postopératoire
- Irritation des muqueuses
- Caries au niveau des joints
- Intolérances et/ou allergie potentielle
- Fracture

Ces risques doivent être communiqués au patient par le personnel spécialisé (personnel médical dentaire par exemple).

002/11.2021