

Riesgos residuales de los materiales CAD/CAM de cerámica híbrida (p. ej., VITA ENAMIC y ENAMIC IS)

Posibles complicaciones y riesgos residuales de los materiales CAD/CAM de cerámica híbrida en general y no específicos de los materiales VITA:

- Desconchamientos o desprendimiento de la restauración, con la posible consecuencia de ingestión
- Acumulaciones de placa
- Hipersensibilidad postoperatoria
- Irritaciones de las mucosas
- Gingivitis
- Caries en las fisuras marginales
- Intolerancias y/o potencial alergénico
- Rotura

El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.

002/11.2021