

Restrisiken von glaskeramischen CAD/CAM Materialien (wie z.B. VITA SUPRINITY PC)

Mögliche Komplikationen und Restrisiken für glaskeramische CAD/CAM Materialien generell und nicht spezifisch für VITA Materialien sind:

- Abplatzungen bzw. Ablösen der Krone mit der Folge des eventuellen Verschluckens
- Plaqueanlagerungen
- postoperative Hypersensitivität
- Schleimhautreizungen
- Gingivitis
- Randspaltenkaries
- Unverträglichkeiten und/oder Allergiepotenzial
- Bruch

Diese Risiken sind dem Patienten durch das Fachpersonal (z.B. zahnmedizinisches Personal) zu kommunizieren.

002/11.2021