

Остаточные риски, связанные с использованием стеклокерамических CAD/CAM-материалов (например, VITA SUPRINITY PC)

Возможные осложнения и остаточные риски, связанные с использованием стеклокерамических CAD/CAM-материалов в целом, а не конкретно материалов VITA:

- Сколы или отслоение коронки с риском случайного проглатывания.
- Налет
- послеоперационная гиперчувствительность
- Раздражение слизистой оболочки
- Гингивит
- Кариес в области края
- Непереносимость и/или аллергенный потенциал
- Разлом

Эти риски должны быть доведены до сведения пациента персоналом стоматологического профиля (например, врачом-стоматологом).

002/11.2021