

Остаточные риски, связанные с использованием облицовочной керамики (например, VITA LUMEX AC, VITA VM 11, VITA VM 9, VITA VM 13, VITA VMK Master, и материалов для характеристики, например, Akzent Plus и VITA INTERNO)

Возможные осложнения и остаточные риски, связанные с использованием облицовочной керамики в целом, а не конкретно материалов VITA:

- Сколы или отслоение реставраций с риском случайного проглатывания
- Трещины в области края
- Отложение зубного налета
- Пародонтит
- Раздражение и повреждение слизистой оболочки
- Непереносимость и аллергенный потенциал
- Разлом

Эти риски должны быть доведены до сведения пациента персоналом стоматологического профиля (например, врачом-стоматологом).

002/11.2021