

Rischi residui di denti in resina (ad es. VITA LINGOFORM®, VITA PHYSIODENS®, VITAPAN EXCELL®, VITAPAN EXCELL® DD FRAME, VITAPAN PLUS®, VITAPAN®, VITAPAN® CUSPIFORM, VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME, VITAPAN® SYNOFORM, VITA MFT, VITA VIONIC® DENT DISC, VITA VIONIC® VIGO – anche in combinazione con VITACOLL)

Possibili complicanze e rischi residui di denti protesici in generale e non specifici per materiali VITA sono:

- Mobilizzazione del dente nella protesi e/o perdita della protesi con rischio di eventuale ingestione
- Infiammazione delle mucose
- Intolleranze e/o potenziali allergie
- Rotture

Questi rischi vanno comunicati al paziente da personale specializzato (ad es. il personale odontoiatrico).

003/05.2023