

Остаточные риски для искусственных зубов (например, VITA LINGOFORM®, VITA PHYSIODENS®, VITAPAN EXCELL®, VITAPAN EXCELL® DD FRAME, VITAPAN PLUS®, VITAPAN®, VITAPAN® CUSPIFORM, VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME, VITAPAN® SYNOFORM, VITA MFT, VITA VIONIC® DENT DISC, VITA VIONIC® VIGO – также в комбинации с VITACOLL)

Возможные осложнения и остаточные риски, связанные с использованием пластмассовых зубов в целом, а не конкретно для материалов VITA:

- Расшатывание зуба в протезе и/или выпадение протеза со случайным проглатыванием
- Раздражение слизистой оболочки
- Непереносимость и/или аллергенный потенциал
- Разлом

Эти риски должны быть доведены до сведения пациента профессиональным персоналом (например, стоматологами).

003/05.2023