









# VITA Equipment - Actual software versions

Stand / Date of issue / Edition / Data di rilascio / Fecha de emisión: 11.10.2024




Typ			vPad	Vacumat 6000 M	Vacumat 6100 M	Vacumat 6000 MP	Zyrcomat 6000 MS	SMART.FIRE Standard	SMART.FIRE Straumann	SMART.FIRE Advanced	V60 i-Line	V60 i-Line PLUS	Easyshade V	Easyshade Lite
			Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version
vPad comfort														
bis Seriennummer up to serial number jusqu'au numéro de série fino al numero di matricola hasta núm. de serie	2420155635		150228	150229	---	150229	150229	---	---	---	---	---	---	---
ab Seriennummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2420155636 onwards		180209	180209	---	180209	180209	---	---	---	---	---	---	---
ab Serinnummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	3020180051 onwards		230802	230802	241002	230802	230802	---	---	---	---	---	---	---
vPad clinical														
bis Seriennummer up to serial number jusqu'au numéro de série fino al numero di matricola hasta núm. de serie	2020140549		150228	150229	---	150229	150229	---	---	---	---	---	---	---
ab Serinnummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2620150550 onwards		180209	180209	---	180209	180209	---	---	---	---	---	---	---
vPad excellence														
bis Seriennummer up to serial number jusqu'au numéro de série fino al numero di matricola hasta núm. de serie	2320152049		150228	150229	---	150229	150229	---	---	---	---	---	---	---
ab Seriennummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2320152050 onwards		180209	180209	---	180209	180209	---	---	---	---	---	---	---
ab Seriennummer from serial number à partir du numéro de série dal numero di matricola a partir de no. de serie	2820170050 onwards		230802	230802	241002	230802	230802	---	---	241002	---	---	---	---

VITA Equipment - Actual software versions

Stand / Date of issue / Edition / Data di rilascio / Fecha de emisión: 11.10.2024



Typ		vPad	Vacumat 6000 M	Vacumat 6100 M	Vacumat 6000 MP	Zyrcomat 6000 MS	SMART.FIRE Standard	SMART.FIRE Straumann	SMART.FIRE Advanced	V60 i-Line	V60 i-Line PLUS	Easyshade V	Easyshade Lite
		Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version	Version
SMART.FIRE - vPad		221005	---	---	---	---	01.11	01.11	---	---	---	---	---
										221005	241007	---	---
												512bLE	---
												---	600Le

WICHTIG / IMPORTANT / IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANTE

Sollte ein vPad comfort oder vPad excellence sowie der damit verbundene Vacumat 6000 M/MP oder Zyrcomat 6000 MS mit einer Software Version < 100719 ausgestattet sein, dann kann bei diesem/n Gerät/en nicht direkt ein Update auf die neueste Version durchgeführt werden. Bei diesen Geräten muss zwingend ein "Zwischen-Update" durchgeführt werden, d.h. zuerst ein Update mit der Version 100719 durchführen und nach erfolgreicher Installation dann ein weiteres Update auf die aktuellste Version durchführen.

Should a vPad comfort or vPad excellence as well as the associated Vacumat 6000 M / MP or Zyrcomat 6000 MS be equipped with a software version <100719, then this/these device/s can not be updated directly to the latest version. For these devices an "intermediate update" must be carried out, i.e. first an update with the version 100719 and after successful installation then another update to the latest version.

Si un vPad comfort ou vPad excellence ainsi que le VACUMAT 6000 M / MP ou le ZYRCOMAT 6000 MS associé sont équipés d'une version de logiciel < 100719 alors ce périphérique ne peut pas être mis à jour directement à la dernière version. Pour ces appareils, une "mise à jour intermédiaire" doit être effectuée à savoir tout d'abord une mise à jour avec la version 100719 et après une installation réussie, une autre mise à jour vers la dernière version sera effectuée.

Se un vPad comfort o vPad excellence così come il relativo Vacumat 6000 M / MP o Zyrcomat 6000 MS sono dotati di una versione software <100719, non possono essere aggiornati direttamente alla versione più recente. Per questi dispositivi bisogna eseguire un "aggiornamento intermedio", cioè prima un aggiornamento con la versione 100719 e poi, dopo aver completato con successo l'installazione, un altro aggiornamento all'ultima versione.

En caso que un vPad comfort o un vPad excellence se encuentre conectado a un Vacumat 6000 M / MP o Zyrcomat 6000 MS indicando una versión de software inferior a la 100719, no se podrán actualizar directamente estas unidades a la última versión de software. Para estas unidades se deberá realizar una "actualización intermedia", es decir primero una actualización con la versión 110719 y luego de una instalación exitosa, se deberá realizar otra actualización a la última versión.