

**Risques résiduels des matériaux CFAO vitrocéramiques (comme par exemple VITA SUPRINITY PC)**

*Complications et risques résiduels potentiels des matériaux CFAO à base de vitrocéramique, généraux et non spécifiques aux matériaux VITA*

- Écailllements ou décollement de la couronne, facette, inlay ou onlay avec ingestion éventuelle
- Accumulations de plaque
- Hypersensibilité postopératoire
- Irritation des muqueuses
- Gingivite
- Caries au niveau du joint
- Intolérances et/ou allergie potentielle
- Fracture

*Ces risques doivent être communiqués au patient par le personnel spécialisé (personnel médical dentaire par exemple).*

003/09.2025