VITA SMART.FIRE
Istruzioni per l'esecuzione di un aggiornamento software

Gentile utilizzatore VITA SMART.FIRE,

con la presente desideriamo informarla sul nuovo aggiornamento software per il suo VITA SMART.FIRE e pregarla di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate.

Per chiarimenti e suggerimenti ci può raggiungere
ai seguenti numeri telefonici:

Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, -105 o -106
Fax: 0049 77 61 / 562 – 102
Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

Con i migliori saluti
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Rep. Assistenza tecnica

1	Esportare il file dell'aggiornamento su una chiavetta USB vuota.	
2	Inserire la chiavetta USB in uno degli attacchi USB	
3	Cliccare su Regolazioni	

4	Cliccare sul pulsante Update	
5	Quando l'aggiornamento è concluso appare una segnalazione.	
6	Verrà richiesto se desidera sostituire l'attuale „desktop STANDARD“ con il „desktop STANDARD“ attualizzato *Avvertenza: se si sostituisce il „desktop STANDARD“ attuale, andranno perse tutte le modifiche eseguite su questo desktop.*	

7	Alla fine verrà richiesto se desidera sostituire l'attuale „desktop STANDARD 2“ con il „desktop STANDARD 2“ *Avvertenza: se si sostituisce il „desktop STANDARD 2“ attuale, andranno perse tutte le modifiche eseguite su questo desktop*